

Akreditovaná kalibrace teploty a relativní vlhkosti

Kód: SLU003



Kalibrační list teploty a relativní vlhkosti vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří.

Kalibrační list je vydáván kalibrační laboratoří, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrační list je mezinárodně uznatelný v rámci mezinárodních multilaterálních dohod EA MLA a ILAC MRA.

Akreditovaná kalibrace teploty a relativní vlhkosti je zajišťována externí kalibrační laboratoří a je standardně prováděna v 3 bodech, které lze libovolně specifikovat.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

Technická data