


Kalibrační list: Příplatek za každou další teplotní sondu

Kód: SLU009



Kalibrační list teploty vydáný akreditovanou kalibrační laboratoří.

Příplatek se vztahuje na akreditovanou kalibraci každé další teplotní sondy připojené k přístroji. Kalibrace je standardně prováděna ve třech teplotních bodech, které lze volitelně specifikovat podle požadavků zákazníka.

Kalibrace je prováděna akreditovanou kalibrační laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a je doložena kalibračním listem, mezinárodně uznatelným v rámci dohod EA MLA a ILAC MRA.

[Kalibrace přístrojů COMET - Otázky a odpovědi](#)

Technická data